

**EQUIPO MÉDICO: -AUDIÓMETRO**

**DESTINO: ORL – FONOAUDIOLOGÍA**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**CANTIDAD:** UNO (1)

**EQUIPO:** AUDIÓMETRO DE DIAGNÓSTICO TIPO INTERACOUSTICS MODELO AD 629 O SIMILAR LICENCIA “B” CON NOTEBOOK, SOFTWARE INSTALADO E IMPRESORA DE 1eras MARCAS COMPATIBLES CON EL EQUIPO.

DE TECNOLOGÍA HÍBRIDA QUE FUNCIONE COMO UN AUDIÓMETRO TOTALMENTE BASADO EN UNA PC (OPERADO DESDE LA PC). SOFTWARE INCLUIDO. SISTEMA OPERATIVO CE-WINDOWS. FABRICADO CON MATERIALES DE ALTA CALIDADY TECNOLOGIA DE PUNTA, RECONOCIDO EN EL MERCADO.

PANTALLA GRÁFICA COLOR DE 5.7” (640 X 480 pixeles) DE GRAN CALIDAD, DONDE SE GRAFIQUEN LOS AUDIOGRAMAS, LOGO AUDIOGRAMAS Y TODAS LAS OTRAS PRUEBAS QUE EJECUTE ESTE EQUIPO. CON PANTALLA RECLINABLE, AJUSTÁNDOSE SU INCLINACIÓN AL CONFORT DE LA VISIÓN DEL OPERADOR.

DEBE SER EQUIPO DE ALTA PERFORMANCE QUE PUEDA AMPLIARSE SUS PRESTACIONES.

**ENMASCARAMIENTO:**

DE BANDA ESTRECHA (NBN) Y RUIDO BLANCO (WN) / ROSA, (SPN) SINCRÓNICO Y ASINCRÓNICO; IPSILATERAL Y CONTRALATERAL.

**COMUNICACIÓN:**

TOTAL COMUNICACIÓN PACIENTE – OPERADOR – PACIENTE (BIDIRECCIONAL) Y MONITOREO CONSTANTE DE TODAS LAS FUNCIONES DEL AUDIÓMETRO, DE AMBOS CANALES.

**SELECTORES DE FRECUENCIA:**

FRECUENCIAS ELECTRÓNICAS, PARA VÍA AÉREA DESDE 125 HASTA 8000 Hz (OPCIONAL HASTA 20000 Hz SEPARADORES EN DOS RANGOS) Y PARA VÍA ÓSEA DESDE 250 A 8000 Hz (MÁXIMOS DE VÍA ÓSEA HASTA 80 DB – SEGÚN FRECUENCIAS).

**ATENUADORES:**

ELECTRÓNICOS TOTALMENTE LIBRES DE CLICS CON PASOS DE 1/2/5 dB, CON INTENSIDADES MÁXIMAS HASTA 120 dB EN VÍA ÓSEA.

**GRAN MEMORIA INTERNA:**

PUEDA ALMACENAR HASTA 500 PACIENTES (50.000 SESIONES DE PRUEBA). SUS RESULTADOS PUEDEN SER IMPRESOS Ó VOLCADOS A UNA COMPUTADORA PC.

**TONOS:**

EN FORMA CONTINUA (STEADY), PULSADO (MONO PULSO Y MULTI PULSO) ALTERNADO, PULSO DE DURACIÓN LIMITADA Ó CON VARIACIÓN MÚLTIPLE DE PULSO (PROGRAMABLE).

**LOGOAUDIOMETRÍA:**

LOGOAUDIOMETRÍA CON CONTADOR AUTOMÁTICO E INDICADOR DE PORCENTAJES. LOGOAUDIOMETRÍA GRABADA, CON MATERIAL PRE-GRABADO. LOGOAUDIOMETRÍA CON MICRÓFONO CUELLO DE CISNE PARA PRUEBAS A VIVA VOZ.

EL EQUIPO POSEA UN COMPLETO SISTEMA BIDIRECCIONAL DE COMUNICACIONES ENTRE OPERADOR Y PACIENTE (TALK FORWARD Y TALK BACK).

**PRUEBAS:**

TONALES, LOGOAUDIOMÉTRICAS, STENGER, SISI, HUGHSON WESTLAKE (AUTO TEST), SFH 629 (LOGOAUDIOMETRÍA GRABADA CON MATERIAL ALMACENADO EN FORMA INTERNA), LOGOAUDIOMETRÍA CON RUIDO, WEBER (EJECUTABLE CON SOFTWARE).

ENTRADA DE SEÑALES INDEPENDIENTE PARA GRABADORES, EQUIPOS DE CD, DVD, ETC.

DISEÑO ERGONÓMICO, CON BOTONES CON LUCES INTEGRADAS.

**EQUIPO APROBADO POR LA ANMAT:** QUE CUMPLA CON TODA LA NORMATIVA VIGENTE NACIONAL E INTERNACIONAL, CON APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA MÉDICA 93/42 EEC.

**ACCESORIOS:**

- LICENCIA BASICA B (Configuración Híbrida + Software)
- AURICULARES DE VÍA AÉREA
- TRANSDUCTOR DE VÍA ÓSEA B71, COMPLETO CON VINCHA Y CABLE.
- MICRÓFONO INCORPORADO CUELLO DE CISNE, PARA OPERADOR. (PARA LOGOAUDIOMETRÍA Y TALK FORWARD/ CIRCUITO DE ÓRDENES).
- PULSADOR DE RESPUESTA PACIENTE.
- NOTEBOOK CON SOFTWARE INSTALADO E IMPRESORA TIPO PC CORADIR/LENOVO; IMPRESORA HP O SIMILAR.
- CABLE DE ALIMENTACION 220 VOLT/50 Hz (ACORDE RESOLUCION SICYM 92/98).
- MANUAL DE OPERACIÓN / INSTRUCCIONES EN CASTELLANO (CE-MANUAL).
- INTERFACES USB PARA CONEXIÓN A PC, IMPRESORA EXTERNA, TECLADO Y MOUSE.

-SOFTWARE WINDOWS COMPATIBLE (CONFIGURACION HÍBRIDA + SOFTWARE DIAGNOSTIC SUITE9.

-CABLE CONEXION A PC

-PARA SER CONECTADO A 220 VOLT / 50 Hz.

**ESTADO DEL EQUIPO Y ACCESORIOS:** NUEVO

**LUGAR DE ENTREGA:**

**OFERENTE CABA:** LOCAL COMERCIAL DEL OFERENTE.

**OFERENTE OTRAS LOCALIDADES:** POLICLINICA GRAL ACTIS, AV. RIVADAVIA 4283 CABA.

**PLAZO DE ENTREGA:** CINCO DIAS HABLES EN EL HORARIO DE 08:00 A 13HS DE LUNES A VIERNES.

**INSTALACION Y CAPACITACION AL PERSONAL POLICLINICA:** DISPONER DE PERSONAL PARA INSTALACION Y CAPACITACION DE 08:00 A 13 HS (CINCO (5) HS) (NO SABADO, DOMINGO Y FERIADOS)

**GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO:** UN (1) AÑO

**FABRICACIÓN/ REPRESENTACION - PERSONAL IDONEO:** LA EMPRESA OFERENTE DEBE SER FABRICANTE O REPRESENTANTE DE LOS EQUIPOS Y POSEER PERSONAL IDONEO CON CAPACITACION EN FABRICA DE ORIGEN.

**GARANTIA DE SERVICIOS Y RESPUESTOS:** a) SER FABRICANTE O TENER PRESENTACION VALIDA.

b) POSEER LOS RESPUESTOS LEGITIMOS Y GARANTIZAR LA PROVISION DE LOS MISMOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.

c) PERSONAL IDONEO CON CAPACITACION Y ACTUALIZACION TECNOLÓGICA EN FABRICA DE ORIGEN.

  
JORGE FRANCISCO GOMEZ  
JEFE APOYO LOGISTICO - POLICLINICA JOSE



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas  
Copia Digital de Expediente**

**Número:**

**Referencia:** Subsanación SCN N° 56/2019 "Adquisición de Equipos Médicos para el Servicio de Otorrinolaringología" Policlínica GRL ACTIS

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.