ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

1. OBJETO.

Adquisición de Insumos y Reactivos para el Servicio de Laboratorio, con equipo analizador en comodato, para el Centro Médico Policlínica Actis.

2. EQUIPO EN COMODATO TIPO ARCHITECT C4000, SEGÚN SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

a) EQUIPO ANALIZADOR QUIMICA CLINICA **(RENGLON 1 AL 49)**

El analizador deberá contar con un módulo de química clínica (CC) por un sistema gestor de muestras que permita la realización de los ensayos de química clínica, a partir de una única muestra de suero. Debe contar con las siguientes características:

- El sistema deberá tener una única interfase de uso.
- Deberá permitir el acceso continuo de muestras, poseer un área para carga de muestras de urgencias configurables por el usuario y un área de muestras de rutina; repetición y dilución automática, técnicas con pre tratamiento automático.
- Deberá utilizar un único tipo de gradilla para todo tipo de muestras (suero, plasma, orina LCR), controles y calibradores, que permita el uso de tubos primario, alícuotas y copas.
- El proceso de lavado deberá garantizar un arrastre menor a 0.1 ppm entre muestras asegurando la integridad de las mismas, sin incompatibilidad entre técnicas.
- Lector de código de barra para identificación de muestras y reactivos.
- El sistema deberá tener opciones de ayuda y manuales de operación "on-line", registro automatizado del mantenimiento y guía de entrenamiento disponible en el propio ordenador, además de contar con la capacidad de diagnóstico remoto mediante software de diagnóstico instalado.
- Deberá permitir el seguimiento del Control de Calidad por gráficos de Leyey-Jennings y reglas de Westgard configurables y permitir la trazabilidad de los resultados obtenidos con gráficos de evolución de la reacción.
- Modulo química clínica
- Deberá permitir métodos de ensayo colorimétricos, cinéticos, turbidimétricos y potenciométricos. Velocidad de trabajo no menor a 800 test/ hora con ISE incluido. Dos rotores de reactivos refrigerados y dos puntas de reactivo (R1 y R2)
- El analizador deberá poder monitorear la estabilidad de los reactivos a bordo en horas para su mejor aprovechamiento. Reactivos líquidos listos para trabajar, con una estabilidad a bordo mayor a 30 días.

- Los volúmenes de dispensado deben ser de 2 a 35 µl por test (en incrementos de 0.1 µl) y 15 µl para muestras ISE.
- Deberá tener sensado de fluido y detección de coágulos; detector multilongitudinal de onda, medición mono y bicromática, 16 longitudes de onda diferentes (340- 804 nm) - Deberá contar con 99 cubetas de reacción de cuarzo lavables y asegurar el chequeo óptico de las mismas para garantizar su funcionalidad en todo momento.
- El sistema permitirá además poder medir semi cuantitativamente los índices de interferencia por Hemólisis, Ictericia ó Lipemia por muestra. Además deberá permitir realizar ensayos enzimáticos con muy alta linealidad (ALP 8254 U/L, ALT 4113 U/L, AST 4202 U/L, CK 4267 U/L, GGT 8500 U/L, LDH 4732 U/L, AMY 6554 U/L)
- El módulo de química clínica deberá ser abierto y permitir la adaptación de ensayos de diferentes metodologías.

	REACTIVOS	**Cantidad**	**UM**
	EQUIPO ARCHITECT C 4000 ABBOTT		
1	REACTIVO P/ EQUIPO GLUCOSA METODO GOD-PAP ARCHITET. TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 1500 TEST	2	unidad
2	REACTIVO P/ EQUIPO O HbA1C METODO IFCC ARCHITEC. TIPO MARCA ABBOT. EQ x 300 TEST	2	unidad
3	REACTIVO P/ EQUIPO UREA METODO CINETICO UREASA ARCHITECT TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 1400 TEST. CC UREA NITROGENE: Urea Nitrogen2 ARCHITECT	2	unidad
4	REACTIVO P/ EQUIPO CREATININA METODO JAFFE ARCHITECT. TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 1875 TEST	1	unidad
5	REACTIVO P/ EQUIPO ACIDO URICO METODO ENZIMATICO URICASA PEROXIDASA ARCHITECT MARCA ABBOT. PRESENTACION : EQ X 640 DET	2	unidad
6	REACTIVO P/ EQUIPO COLESTEROL METODO ENZIMATICO ARCHITECT. TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 1000 TEST	3	unidad
7	REACTIVO P/ EQUIPO HDL ULTRA METODO ENZIMATICO DIRECTO ARCHITECT. TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 1440 TEST	2	unidad
8	REACTIVO P/ EQUIPO TRIGLICERIDOS METODO CINETICO-ENZIMATICO GPO-PAP ARCHITECT. TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 3032 TEST	1	unidad

9	REACTIVO P/ EQUIPO TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA (TGO-GOT) METODO CINETICO ARCHITECT. TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 3960 TEST. REF: 4S9030 (ALT)	1	unidad
10	REACTIVO P/ EQUIPO TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICO (TGP-GPT) METODO CINETICO ARCHITECT TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 3960 TEST. REF 4S8830 (ALT)	1	unidad
11	REACTIVO P/ EQUIPO FOSFATASA ALCALINA METODOLOGIA PARA NITROPHENYL FOSFATO (IFCC) ARCHITECT TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 1600 TEST. REF 4S8720	1	unidad
12	REACTIVO P/ EQUIPO BILIRRUBINA TOTAL METODO SAL DE DIAZONIO ARCHITECT TIPO MARCA ABBOTT, EQ X 900 TEST. REF 4T0930	2	unidad
13	REACTIVO P/ EQUIPO O CALCIO METODO ARSENAZO ARCHITECT TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 1500 TEST	2	unidad
14	REACTIVO P/ EQUIPO FOSFORO METODO FOSFOMOLIBDATO ARCHITECT EQ X 2800 TEST	1	unidad
15	REACTIVO P/ EQUIPO MAGNESIO METODO CINETICO ARCHITECT TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 1000 TEST	1	unidad
16	REACTIVO P/ EQUIPO HIERRO SIN DESPROTEINIZACION ARCHITECT TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 500 TEST. REF 4T0220	1	unidad
17	REACTIVO P/ EQUIPO CREATIN KINASA (CK) NAC ARCHITECT TIPO ABBOTT. EQ X 1250 TEST	1	unidad
18	REACTIVO P/ EQUIPO LDH METODO IFCC ARCHITECT MARCA ABBOTT. EQ X 600 TEST. REF 04T0320	1	unidad
19	REACTIVO P/ EQUIPO GGT METODO ENZIMATICO L-GAMMAGLUTAMIL-3-CARBOXI-4-NITROANILIDA ARCHITECT TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 600 TEST. REF 04T0020	1	unidad
20	REACTIVO P/ EQUIPO AMILASA METODO SUSTRATO CNPG3 ARCHITECT MARCA ABBOTT. PRESENTACION: EQ X 640 DET	1	unidad
21	REACTIVO P/ EQUIPO TRANSFERRINA POR METODO INMUNOTURBIDIMETRIA ARCHITECT TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 391 TEST	1	unidad
22	REACTIVO P EQUIPO FRUCTOSAMINA METODO COLORIMETRICO NBT/FORMAZAN ARCHITECT TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 224 TEST	1	unidad

23	REACTIVO P/ EQUIPO PROTEINAS EN ORINA/FCE METODO CLORURO DE BENCETONIO ARCHITECT. TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 209 TEST	1	unidad
24	REACTIVO P/ EQUIPO O CC MULTIGEN MICROALBUMINA RGT: determinación cuantitativa de albumina en orina humana en ARCHITECT c, EQ X 500 TEST ARCHITECT TIPO MARCA ABBOTT. REF 2K9824	1	unidad
25	REACTIVO P/ EQUIPO ALBUMINA BCG COLORIMETRICO PTO. FINAL TRANSPORTE PURPURA BROMOCRSOL ARCHITECT TIPO MARCA ABBOTT. PRESENTACION: EQ X 1044 DET.	1	unidad
26	REACTIVO P/ EQUIPO ARCHITECT CC DETERGENTE A. CAJA X 2 FCOS X 500 ML. TIPO MARCA ABBOTT	2	unidad
27	REACTIVO P/ EQUIPO ARCHITECT CC DETERGENT B. CAJA X 4 FCOS X 250 ML. TIPO MARCA ABBOTT	1	unidad
28	REACTIVO P/ EQUIPO ARCHITECT CC ACID WASH SOLUTION. CAJA X 2 FCOS X 500 ML. TIPO MARCA ABBOTT	1	unidad
29	REACTIVO P/ EQUIPO ARCHITECT CC ALKALINE WASH. CAJA X 2 FCOS X 500 ML. TIPO MARCA ABBOTT	1	unidad
30	REACTIVO P/ EQUIPO ARCHITECT CC ICT REFERENCE SOLUTION. EQUIPO X 2 FCOS X 2 LTS. TIPO MARCA ABBOTT	2	unidad
31	REACTIVO P/ EQUIPO ARCHITECT CC WATER BATH ADDITIVE. EQUIPO X 2 FCOS X 500 ML. TIPO MARCA ABBOTT	1	unidad
32	REACTIVO P/ EQUIPO ARCHITECT CC ICT CLEANING FLUID. CAJA X 10 X 12 ML. TIPO MARCA ABBOTT	1	unidad
33	REACTIVO P/ EQUIPO ARCHITECT CC ICT SAMPLE DILUENT CAJA X 12000 TEST. TIPO MARCA ABBOTT	1	unidad
34	REACTIVO P/ EQUIPO HbA1C CALIBRATOR (ARCHITECT CC). EQUIPO X 2 FCOS X 1.6 ML. TIPO MARCA ABBOTT	1	unidad
35	REACTIVO P/ EQUIPO HbA1C CONTROL (ARCHITECT CC). EQUIPO X 2 FCOS X 1 ML. TIPO MARCA ABBOTT	1	unidad
36	REACTIVO P/ EQUIPO LIPID MULTICONSTITUENT CALIBRATOR (ARCHITECT CC) EQUIPO X 6 FCOS X 1 ML. TIPO MARCA ABBOTT	1	unidad
37	REACTIVO P/ EQUIPO BILIRRUBIN CALIBRATOR (ARCHITECT CC) EQUIPO X 6 FCOS X 5 ML. TIPO MARCA ABBOTT	1	unidad
38	REACTIVO P/ EQUIPO ARCHITECT CC MULTICHEM S PLUS (ASSAYED) LV 1. CAJA X 12 FCOS X 5 ML. TIPO MARCA ABBOTT	1	unidad

39	REACTIVO P/ EQUIPO ARCHITECT CC MULTICHEM S PLUS (ASSAYED) LV 2. CAJA X 12 FCOS X 5 ML. TIPO MARCA ABBOTT	1	unidad
40	REACTIVO P/ EQUIPO ARCHITECT CC MULTICHEM S PLUS (ASSAYED) LV 3. CAJA X 12 FCOS X 5 ML. TIPO MARCA ABBOTT	1	unidad
41	REACTIVO P/ EQUIPO CC FRUCTOSAMINE CTL II ARCHITECT. EQUIPO X 4 FCOS X 1 ML. TIPO MARCA ABBOTT	1	unidad
42	REACTIVO P/ EQUIPO CC MULTICONSTITUENT CALIBRADOR (Multiconstituent Calibrador esta preparado en una matriz de origen humano que contiene los siguientes analitos: albumina, calcio, colesterol,creatinina, glucosa, hierro, acido láctico, magnesio, fosforo, proteínas totales (obtenidas a partir de albumina de origen humano), triglicéridos, nitrógeno ureico, (urea) y acido úrico. Contiene azida sódica como conservante). EQUIPO X 6 X 5 ML. TIPO MARCA ABBOTT. REF 1E6506	1	unidad
43	REACTIVO P/ EQUIPO ARCHITECT CC MULTICHEM U. CAJA X 12 FCOS X 5 ML. TIPO MARCA ABBOTT	1	unidad
44	REACTIVO P/ EQUIPO SPECIFIC PROTEINS MULTICONSTITUENT CALIBRADOR (ARCHITECT CC). TIPO MARCA ABBOTT. REF1E7804. CC PROT ESPEC CAL. Se utiliza para la calibración de los ensayos Immunoglobulin A (IgA), Immunoglobulin G (IgG), Immunoglobulin M (IgM), Complement C3 (C3), Complement C4 (C4). Haptoglobin y Transferrin. EQUIPO X 5 X 1 ML	1	unidad
45	REACTIVO P/ EQUIPO URINE/CSF PROTEIN CALIBRATOR (ARCHITECT CC) EQUIPO X 5 FCOS X 5 ML. TIPO MARCA ABBOTT	1	unidad
46	REACTIVO P/ EQUIPO CC SERUM ICT CAL (Se utiliza para la calibración de los ensayos de sodio, potasio y cloruro en suero) REF 1E46-04. TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 10 ML	1	unidad
47	REACTIVO P/ EQUIPO ICT URINE CALIBRATOR (ARCHITECT CC). EQUIPO X 10 FCOS X 10 ML. TIPO MARCA ABBOTT	1	unidad
48	REACTIVO P/ EQUIPO EQUIPO MODULO ICT NA/K/CL. METODOLOGIA POTENCIOMETRIA DIRECTA ARCHITECT. TIPO MARCA ABBOTT. PRESENTACION: MODULO CON 20000 DET.CONJUNTAS DE NA/K/CL	1	unidad
49	REACTIVO P/ EQUIPO BILIRRUBINA DIRECTA METODO REACCION DIAZO ARCHITECT. TIPO MARCA ABBOTT. EQ X 2000 TEST	1	unidad

- El equipo en comodato puede ser nuevo o usado en óptimas condiciones.

b. EQUIPO TIPO SYSMEX XN – 1000 (PROPIO DE IOSFA) SEGÚN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: (RENGLÓN 50 AL 57)

Analizador hematológico automatizado compacto que ofrece:

- Conteo de eritroblastos (NRBC) en todos los hemogramas
- Conteo de granulocitos inmaduros (IG) en todos los diferenciales
- Análisis opcional de fluidos corporales, incluyendo diferencial de 2 partes.
- Principios y tecnología: Citometría de flujo fluorescente: Diferencial de leucocitos y granulocitos inmaduros (IG), NRBC, RET, IRF, PLT-F, IPF. Corriente directa y enfoque hidrodinámico: PLT-I, RBC, HCT. Método SLS libre de cianuro: HGB.
- parámetros reportables en sangre total: WBC; RBC; HGB; MCV; MCH; MCHC; PLT (PLT-I, PLT- F); NEUT#, %; IG#, %; LYMPH#, %; MONO#, %; EO#, %; BASO#, %; NRBC#; RDW-SD; RDW-CV; MPV; RET#, %; IRF, RET-He; IPF.
- Análisis de fluidos corporales: Tipo de muestra: seroso, sinovial, cefalorraquídeo. Parámetro reportables: RBC-BF, WBC-BF; MN#, %; PMN#, %; TC-BF#.
- Linealidad: WBC: - 0.00 - 440.00 X 10 3/UL
    - RBC: 0.00 – 8.60 X 10 6/UL
    - PLT: 0 – 5.000 X 10 3/UL
    - WBC-BC: 0.000 – 10.000 X 10 3/UL
    - RBC-BF: 0.000 – 5.000 X 10 6/UL
- Rendimiento: Sangre total: Hasta 100 muestras/hora por módulo
- Modo de fluidos corporales: Hasta 40 muestras/ hora por módulo
- Volúmenes de muestra: Sangre total: 88 ul
- Modo pre diluido: 70 ul
- Modo fluidos corporales: 88 ul
- Control de Calidad: XN CHECK: producto de control de calidad con tres niveles para todos los parámetros del hemograma, diferencial, PLT y RET con una estabilidad de vial cerrado de 135 días.
- producto de control de calidad con dos niveles para el canal de fluidos corporales con una estabilidad de vial cerrado de 78 días.
- Archivos de control de calidad completos incluyendo la característica de lote actual y nuevo.
- Programa de aseguramiento de la calidad en línea *insight* TM.

	REACTIVOS	CANTIDAD	UM
	EQUIPO TIPO SYSMEX XN - 1000 ROCHE		
50	HEMATOLOGY CONTROL FOR SYSMEX XN-10 ANALYZERS NIVEL 1-2-3	6	kit
51	CELLPACK DCL SYSMEX XN1000, BIDON X 20 LITROS.	6	bidones
52	SULFOLYSER SYSMEX XN1000 X 5 LITROS SULFOLYSER SYSMEX XN1000 x 5 LITROS	2	bidones
53	LYSERCELL WDF SYSMEX XN1000 X 5 LITROS LYSERCELL WDF SYSMEX XN1000 x 5 LITROS	2	bidones
54	LYSERCELL WNR SYSMEX XN1000 X 5 LITROS LYSERCELL WNR SYSMEX XN1000 x 5 LITROS	2	bidones
55	FLUOROCELL WDF SYSMEX XN1000 2 X 42 ML FLUOROCELL WDF SYSMEX XN1000 2 x 42 ML	2	bidones
56	FLUOROCELL WNR SYSMEX XN1000 2 X 82 ML FLUOROCELL WNR SYSMEX XN1000 2 x 82 ML	2	bidones
57	CELLCLEAN AUTO SYSMEX XN1000 X 4 ML CELLCLEAN AUTO SYSMEX XN1000 x 4 ML	3	kit

3. INSUMOS DE USO MANUAL

	INSUMOS	CANTIDAD	UM
58	TROMBOPLASTINA 10 X 4 ML. ISI MENOR DE 1,40 HEMOMEDICA COD 50221	3	cajas
59	HEMOMEDICA APTT-P 10 X 4 ML HEMOMEDICA APTT-P 10 x 4 ML	3	cajas
60	CLORURO DE CALCIO 0,025 MOLAR, 10 X 10 ML CLORURO DE CALCIO 0,025 MOLAR, 10 x 10 ML	2	cajas
61	SOLUCION MAY GRUNDWALD, PRIMERA CALIDAD	1	botellas
62	SOLUCION GIEMSA, PRIMERA CALIDAD	1	botellas
63	CONTROLES DE COAGULACION, PLASMA NORMAL COD 50100 HEMOMEDICA	3	cajas
64	CONTROLES DE COAGULACION PLASMA ANORMAL COD 50101 HEMOMEDICA	3	cajas
65	COPILLAS PARA COAGULOMETRO SINGLE CUVETTES COATRON M1 X 500 UNIDADES. COPILLAS PARA COAGULOMETRO SINGLE CUVETTES COATRON M1 x 500 UNIDADES.	3	cajas
66	SUERO SANGUINEO ANTI A	1	frasco
67	SUERO SANGUINEO ANTI B	1	frasco
68	SUERO SANGUINEO SUERO SANGUINEO ANTI D	1	frasco
69	SUERO SANGUINEO ANTI CDE	1	frasco

70	ACEITE DE INMERSION PRESENTACION FRASCO X 100ML	1	frasco
71	COMBUR 10 TEST M X 100U -TIRAS REACTIVAS PARA ORINA - O SIMILAR COMBUR 10 TEST M X 100u -TIRAS REACTIVAS PARA ORINA - O SIMILAR	13	unidad
72	TEST DE EMBARAZO PARA DETECCION DE B-HCG EN SANGRE Y ORINA X 50 TIRAS TEST DE EMBARAZO PARA DETECCION DE B-HCG EN SANGRE Y ORINA x 50 TIRAS	2	unidad
73	VDRL TEST ANTIGENO X 5,5 ML VDRL TEST ANTIGENO x 5,5 ML	1	unidad
74	GLUCOSA USO ORAL, PAQUETES X 1 KG. GLUCOSA USO ORAL, PAQUETES x 1 KG.	3	unidad
75	TIPS 9/10 BLANCOS DESCARTABLES PARA PIPETAS AUTOMATICAS	1000	unidad
76	TIPS 9/10 AZULES DESCARTABLES PARA PIPETAS AUTOMATICAS	1000	unidad
77	TIPS 9/10 AMARILLOS CON CORONITA PARA PIPETAS AUTOMATICAS .	1000	unidad
78	TUBOS PARA SUERO SIN ANTICOAGULANTE TUBOS PARA SUERO SIN ANTICOAGULANTE con gel separador en plástico transparencia cristal, con el interior recubierto de silicona y activador del coágulo. Volumen 5 ml, de 13 x 100 mm, con tapa de seguridad hemogard y tapón siliconado hemorrepelente. Cat 367986.	5000	unidad
79	TUBOS PARA HEMOGRAMAS EN PLASTICO TRASNPARENCIA CRISTAL TUBOS PARA HEMOGRAMAS EN PLASTICO TRASNPARENCIA CRISTAL, con el interior recubierto de silicona y k2 EDTA pulverizado en las paredes del tubo. Volumen 2 ml, de 13 x 75 mm, con tapa de seguridad hemogard y tapón siliconado hemorrepelente. Cat 367843.	4000	unidad
80	TUBOS PARA COAGULACION DESCARATABLES EN VIDRIO RESISTENTE TUBOS PARA COAGULACION DESCARATABLES EN VIDRIO RESISTENTE, con doble fondo de espesor, con buffer citrato 0,129 M, equivalentes a concentración de citrato de sodio 3,8% x 4,5 ml. de 13 x 75 mm, con tapa de seguridad hemogard y tapón siliconado hemorrepelente. Cat 369704.	600	unidad
81	TUBOS CON FLUO BD	200	unidad
82	TUBOS PARA ERITROSEDIMENTACION DESCARTABLES EN VIDRIO RESISTENTE TUBOS PARA ERITROSEDIMENTACION DESCARTABLES EN VIDRIO RESISTENTE, con doble fondo de espesor, con citrato 0,129 M, equivalentes a concentración de citrato de sodio 3,8% xcon volumen aproximado de aspiración de 2,4 ml. de 13 x 75 mm, con	3000	unidad

	tapa de seguridad hemogard y tapón siliconado hemorrepelente. Cat 369741.		
83	TUBOS EPPENDORF X 1,5 ML, PAQUETES X 500 U. TUBOS EPPENDORF x 1,5 ML, PAQUETES x 500 u.	2	paquetes
84	MICROTUBOS TIPO TAPVAL PARA HEMOGRAMAS DE 0,5 ML, CONTENIENDO EDTA TRIPOTASICO.	100	unidad
85	MICROTUBOS TIPO TAPVAL PARA COAGULACION DE 1 ML, CONTENIENDO CITRATO TRISODICO.	100	unidad
86	VARILLAS GRADUADAS ADAPTABLES A TUBOS ERITRO TIPO BD COD 369741, TIPO VAL O SIMILAR -	1000	unidad
87	TUBOS CENTRIFUGA CONICOS DE PLASTICO.	100	unidad
88	TAPONES DE GOMA N°1 .	200	unidad
89	DROGAS Y REACTIVOS GENERALES DETERGENTE LIQUIDO NOION PARA LIMPIEZA DE MATERIAL DE VIDRIO - BIDON X 5 LITROS	1	bidones
90	PORTAOBJETOS CAJAS X 72 UNIDADES. USO PROFESIONAL PORTAOBJETOS CAJAS x 72 UNIDADES. USO PROFESIONAL	5	cajas
91	CUBREOBJETOS 18X18 MM TIPO TECNON O SIMILAR, CAJAS X 100 UNIDADES CUBREOBJETOS 18x18 MM TIPO TECNON O SIMILAR, CAJAS x 100 UNIDADES	15	cajas
92	CUBREOBJETOS 24 X 18 MM TIPO TECNON O SIMILAR, CAJAS X 100 UNIDADES CUBREOBJETOS 24 x 18 MM TIPO TECNON O SIMILAR, CAJAS x 100 UNIDADES	2	cajas
93	AGUJAS 20GX1¨ TIPO TERUMO NEEDLE 0,90 X 25 MM, CAJA X 100 UNIDADES- AGUJAS 20Gx1¨ Tipo TERUMO NEEDLE 0,90 x 25 MM, CAJA x 100 UNIDADES-	30	cajas
94	JERINGAS DE 5 ML - USO MEDICINAL	700	unidad
95	JERINGAS DE 10 ML- USO MEDICINAL	1500	unidad
96	JERINGAS DE 20 ML - USO MEDICINAL	3000	unidad
97	JERINGAS DE 30 ML - USO MEDICINAL	1000	unidad
98	TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA 2,5 CM	50	unidad
99	DESCARTADORES DE AGUJAS PLASTICAS (SEGÚN CATALOGO) HASTA 300 AGUJAS	6	unidad
100	ALGODON TIPO HIDROFILADO - PRESENTACION ENVASE X 500GR	10	paquetes
101	ALCOHOL RECTIFICADO 96º, FRASCO X 1 LITRO ALCOHOL RECTIFICADO 96º, FRASCO x 1 LITRO	12	frascos

102	HISOPOS NO ESTERILES	50	unidad
103	AMPOLLAS DE AGUA DESTILADA X 100 UNIDADES AMPOLLAS DE AGUA DESTILADA x 100 UNIDADES	2	cajas
104	FORMOL 40% FRASCO X LITRO FORMOL 40% FRASCO x LITRO	1	frascos
105	GUANTES DE LATEX, TAMAÑO SMALL X 100 UNIDADES GUANTES DE LATEX, TAMAÑO SMALL x 100 UNIDADES	30	cajas
106	GUANTES DE LATEX, TAMAÑO MEDIUM X 100 UNIDADES GUANTES DE LATEX, TAMAÑO MEDIUM x 100 UNIDADES	6	cajas
107	AGAR BASE SANGRE, DESHIDRATADO EN POLVO, TIPO BRITANIA, ENVASE POR 100 GR.	1	frascos
108	AGAR MULLER HINTON, DESHIDRATADO, TIPO BRITANIA, EN POLVO, ENVASE DE 100 GR.	1	frascos
109	AGAR CLDE, DESHIDRATADO, EN POLVO, TIPO BRITANIA, ENVASE POR 100 GR	2	frascos
110	AGAR GLUCOSADO SABOUREAUD CON CLORANFENICOL, TIPO BRITANIA, ENVASE X 100 GR.	1	frascos
111	PLACAS DE PETRI DESCARTABLES, ESTERILES, DIAMETRO APROXIMADO 8,5 CM, POR UNIDAD.	1000	unidad
112	MONODISCOS DE BACITRACINA, TIPO BRITANIA, FRASCO POR 50 UNIDADES.	1	unidad
113	MULTIDISCOS INFECCIONES URINARIAS AMBULATORIO, TIPO BRITANIA, CAJA POR 50 UNIDADES.	3	unidad
114	MULTIDISCOS INFECCIONES URINARIAS HOSPITALARIA, TIPO BRITANIA, CAJA POR 50 UNIDADES.	2	unidad
115	AGAR BILIS ESCULINA, DESHIDRATADO, TIPO BRITANIA, EN POLVO, POR 100 GR.	1	frascos
116	EQUIPO STREP A RAPID TEST STRIP, POR 25 DETERMINACIONES.	2	kit
117	HISOPOS ESTERILES CON MEDIO DE TRANSPORTE STUART, LISTO PARA USAR, POR UNIDAD	100	unidad
118	EQ PHADEBACT BOUTE AAGG PARA SEROLOGIA PARA ESTREPTOCOCO BETA HEMOLITICO A, B, C MICROGEN	1	kit
119	TUBO SECO CON HISOPO, ESTERILES, PARA TOMA DE MUESTRA, POR UNIDAD	1000	unidad
120	HISOPOS ESTERILES ENVASADOS INDIVIDUALES HISOPOS ESTERILES ENVASADOS INDIVIDUALES POR UNIDAD	1000	unidad
121	HOJAS DE BISTURI HOJAS DE BISTURI X UNIDAD	5	unidad
122	BARBIJOS CON ELASTICO DE SUJECION - TIPO TRIPLE TELA	2	paquetes

CD-2024-69444315-APN-SGC#IOSFA

123	FISIOLOGICA DE CLORURO DE SODIO FISIOLOGICA DE CLORURO DE SODIO - AMPOLLAS DE 5 ML X 100 UNIDADES	1	cajas
124	ETANOL ETANOL X 1 LITRO	1	botellas
125	DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA EN VIALES AMOXICILINA 20UG + ACIDO CLAVULANICO 10UG.	1	frascos
126	DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA EN VIALES AMPICILINA + SULBACTAMA 10 10UG.	1	frascos
127	DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA EN VIALES CEFAZOLINA 30 UG.	1	frascos
128	DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA EN VIALES AMICACINA 30 UG.	1	frascos
129	DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA EN VIALES CEFOXITINA 30 UG.	1	frascos
130	DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA EN VIALES ACIDO BORONICO 300 UG.	1	frascos
131	DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA EN VIALES EDTA SMA.	1	frascos
132	DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA EN VIALES PYR - A - ENTEROCOCO.	1	frascos
133	CHROMAGAR ORIENTATION, O AGAR CHROMID CPS DESHIDRATADO.	1	frascos
134	TABLETAS TIPO DIATABS PARA ADH.	1	frascos
135	TABLETAS TIPO DIATABS PARA ODC.	1	frascos
136	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 2000 ML.	1	unidad
137	FRASCO AUTOCLAVABLE PARA MEDIOS DE CULTIVO DE VIDRIO CON TAPA AZUL 121°C DE 250 ML.	3	unidad
138	FRASCO AUTOCLAVABLE PARA MEDIOS DE CULTIVO DE VIDRIO CON TAPA AZUL 121°C DE 500 ML.	3	unidad
139	AGAR PAPA GLUCOSADO ENVASE POR 100 G.	3	frascos

4. ADJUDICACIÓN.

Se procederá a adjudicar de manera global a un único proveedor, los reactivos correspondientes a cada analizador (renglones N° 1 al 49 y 50 al 57), por razones de costo, practicidad y calidad técnica.

La adjudicación de los insumos de uso manual (renglones N° 58 al 139) se efectuará por renglón.

5. El IOSFA, se reserva el derecho de elegibilidad a la oferta más conveniente que cumplan con los requisitos de calidad, precio e idoneidad, aceptando así equipamiento/ insumos de igual o superiores características, analizando que los mismos adapten al correcto funcionamiento, de acuerdo a lo siguiente:

- Calidad y precisión.
- Intuitivo y fácil de operar
- Cantidad de muestras que se procesarán y velocidad requerida para el análisis

- Consumo de reactivos, calibradores, soluciones de limpieza, electrodos y material desechable.
- Requerimientos de espacio, temperatura, humedad, luz, suministro de agua, electricidad y vacío.
- Ajuste a las necesidades de trabajo, lo que haga el equipo debe estar concatenado con la carga de trabajo en el laboratorio.
- Seguridad, debe cumplir con los requisitos necesarios y, si produce desechos peligrosos.
- Soporte técnico y mantenimiento

6. REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN COMODATO

- El comodato y mantenimiento del equipo indicado en el punto 2. A) de la presente, estará vigente por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.
- El adjudicatario deberá:

  a) prestar con un Servicio Técnico dentro de las 24 hs. de su llamado.

  b) Hacerse cargo del flete, carga, descarga e instalación del equipo, como así también del seguro del equipamiento en préstamo.

  c) Entregar manuales de Operación Técnica en Castellano.

  d) efectuar un mantenimiento preventivo mensual del equipo entregado en comodato.
- Los equipos siempre serán reparados dentro del establecimiento, en caso excepcionales y de fuerza mayor podrán ser retirados, siendo reemplazado por uno de igual o similares características, previa autorización de la autoridad competente.
- Toda reparación, calibración y mantenimiento será llevada a cabo por la empresa adjudicataria, sin generar una erogación extra a la obra social.

7. VENCIMIENTO:

En todos los casos, no se aceptará insumos o reactivos con vencimiento menor a SEIS (06) meses, a partir de la fecha de entrega.

8. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

- El Equipo en comodato deberá entregarse dentro de los cinco (5) días hábiles, desde la notificación y/o recepción fehaciente de la Orden de Compra.
- La entrega de los insumos y reactivos deberá efectuarse dentro de los DIEZ (10) días hábiles desde la notificación y/o recepción fehaciente de la Orden de Compra.
- Domicilio de entrega: Avenida Rivadavia 4283, (Policlínica Actis) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, día y horario de entrega, lunes a viernes de 0800h a 1300hs – (Sector Insumos Médicos). Tel. (11) 4981-9394 / 4981-2771/ 2773.

9. FORMA DE ENTREGA:

La entrega tanto de los reactivos como de los insumos será ÚNICA.

El transporte, carga, descarga y estiba de la mercadería serán efectuadas por el proveedor, estando a su exclusivo cargo.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Copia Digital de Expediente

Número: CD-2024-69444315-APN-SCC#IOSFA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 3 de Julio de 2024

Referencia: ESPECIFICACION TECNICA INSUMOS E REACTIVOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.07.03 08:26:19 -03:00

Yanina Natalia Lopez
Auxiliar Administrativa
Subgerencia de Compras y Contrataciones
Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.07.03 08:26:19 -03:00